

Re: Fwd: Pregão Eletrônico nº 24/2026 — Preço de Referência



De

Para

Data

Prioridade

Mais alta

<agricultura@honorioserpa.pr.gov.br>
<licitacao@honorioserpa.pr.gov.br>
28/09/2026 16:11

 Resposta Questinamento Valor Botijão 21 09 2026.docx (~17 KB)

Em 28/09/2026 15:37, licitacao@honorioserpa.pr.gov.br escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto:

Data:

De:

Para:

Fwd: Pregão Eletrônico nº 24/2026 — Preço de Referência

21/09/2026 13:43

licitacao@honorioserpa.pr.gov.br

agricultura@honorioserpa.pr.gov.br

----- Mensagem original -----

Assunto:

Data:

De:

Para:

Pregão Eletrônico nº 24/2026 — Preço de Referência

18/09/2026 17:53

Riberto Naves <ribertonaves@outlook.com>

"licitacao@honorioserpa.pr.gov.br" <licitacao@honorioserpa.pr.gov.br>

À Prefeitura Municipal de Honório Serpa/PR — Departamento de Licitação

Pedido de esclarecimento, com fundamento no art. 164 da Lei nº 14.133/2021.

O preço de referência de **R\$ 3.960,67 por unidade** não corresponde ao equipamento descrito no Termo de Referência.

Esse valor é o praticado em recipientes criogênicos de **linha básica** de 20 litros — equipamentos com **capacidade de armazenamento menor** e **taxa de evaporação mais alta** do que as exigidas neste edital.

Já as especificações do Termo de Referência descrevem um equipamento de **topo de linha**, ao exigir cumulativamente:

• taxa de evaporação estática máxima de **0,12 litro por dia**;

• capacidade útil mínima de **720 doses em palhetas de 0,50 ml** (ou 1.440 em palhetas de 0,25 ml);

• **garantia de 5 (cinco) anos** contra perda de vácuo.

Essa combinação existe apenas em equipamentos de categoria superior, cujo preço de mercado é **muito acima** de R\$ 3.960,67 por unidade.

Em resumo: **a especificação é de um produto e o preço é de outro**. O ETP registra que a estimativa foi obtida no Compras.gov.br com base em contratações de "*objetos semelhantes*" — e não idênticos ao que o edital exige.

A lei não admite essa divergência:

"Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado [...]"

— Lei nº 14.133/2021

Solicitamos, portanto, que o órgão informe:

1. Qual **marca e modelo** foram utilizados como referência na pesquisa de preços que resultou no valor de R\$ 3.960,67 por unidade?

2. Esse modelo atende **simultaneamente** à evaporação máxima de 0,12 litro/dia, à capacidade útil de 720 doses em palhetas de 0,50 ml e à garantia de 5 anos contra perda de vácuo?

3. Caso não atenda, o preço de referência será revisto para refletir o equipamento efetivamente exigido?

Aguardo retorno dentro do prazo legal, por gentileza.

Atenciosamente,

Riberto Naves