

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA – PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Interessado: Riberto Naves

Assunto: Pedido de esclarecimento – Preço de referência e especificações do objeto

Fundamento: Art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021

Prezado Senhor,

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado, referente ao preço de referência estabelecido para o equipamento objeto da presente contratação, especialmente quanto ao valor de **R\$ 3.960,67 por unidade**, bem como às especificações constantes do Termo de Referência, o Município de Honório Serpa/PR apresenta os seguintes esclarecimentos.

1. Quanto à origem do preço de referência

A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base na pesquisa de preços realizada pela Administração, utilizando, entre outras fontes, registros disponíveis no **Compras.gov.br**, considerando contratações de objetos de natureza e características semelhantes.

Ressalta-se, contudo, que a utilização de referências de objetos semelhantes deve guardar compatibilidade com as características e condições do objeto efetivamente pretendido pela Administração, especialmente quanto às especificações técnicas que possam influenciar de maneira significativa o preço de mercado.

Dessa forma, diante do questionamento apresentado, a Administração realizará a conferência da documentação que compõe a pesquisa de preços, verificando especificamente a correspondência entre os equipamentos utilizados como referência e as características estabelecidas no Termo de Referência.

2. Quanto à marca e ao modelo utilizados como referência

A Administração verificará, nos documentos que integram a pesquisa de preços e o Estudo Técnico Preliminar, a identificação dos equipamentos que serviram de parâmetro para a formação do valor estimado.

Caso os documentos da pesquisa não permitam identificar de forma suficiente as características técnicas dos equipamentos utilizados como referência, será realizada complementação da pesquisa, de modo a possibilitar a adequada comparação com o objeto descrito no Termo de Referência.

3. Quanto à compatibilidade das especificações técnicas

O Termo de Referência estabelece, entre outras características, os seguintes requisitos:

- taxa de evaporação estática máxima de **0,12 litro por dia**;

- capacidade útil mínima de **720 doses em palhetas de 0,50 ml**, ou equivalente de **1.440 doses em palhetas de 0,25 ml**;
- garantia mínima de **5 (cinco) anos contra perda de vácuo**.

Considerando que tais características podem repercutir diretamente no valor de mercado do equipamento, a Administração entende pertinente a verificação específica da compatibilidade entre essas exigências e os produtos considerados na composição do preço estimado.

Não se mostra adequado afirmar, sem a correspondente comprovação documental, que determinado equipamento utilizado na pesquisa atende simultaneamente a todos os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

4. Quanto à eventual revisão do preço estimado

O valor estimado da contratação deverá refletir os preços praticados no mercado para **equipamentos que atendam às especificações efetivamente exigidas pela Administração**.

Assim, após a análise da documentação da pesquisa de preços, caso seja constatado que as referências utilizadas não são suficientemente compatíveis com o objeto descrito no Termo de Referência, a Administração adotará as providências necessárias para **complementar ou refazer a pesquisa de preços e, se necessário, revisar o valor estimado da contratação**, observando-se as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

Nesse sentido, o questionamento apresentado será considerado na análise da fase preparatória do procedimento, especialmente quanto à compatibilidade entre a especificação técnica do objeto e o respectivo orçamento estimado.

5. Conclusão

Diante do exposto, o Município de Honório Serpa/PR esclarece que:

- a)** o valor de **R\$ 3.960,67 por unidade** decorreu da pesquisa de preços realizada na fase preparatória da contratação;
- b)** a Administração irá conferir as referências utilizadas na composição desse valor, inclusive quanto às características técnicas dos equipamentos considerados;
- c)** será verificado especificamente se os equipamentos utilizados como parâmetro atendem às características estabelecidas no Termo de Referência, notadamente quanto à taxa máxima de evaporação, capacidade de armazenamento e garantia;
- d)** caso seja constatada incompatibilidade relevante entre os objetos pesquisados e o equipamento efetivamente especificado, a Administração promoverá a complementação ou adequação da pesquisa de preços e, sendo necessário, **revisará o valor estimado da contratação**, antes do prosseguimento do certame;

e) a análise será realizada em observância ao disposto no **art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021**, que estabelece que o valor previamente estimado da contratação deve ser compatível com os valores praticados pelo mercado.

Por fim, agradecemos o questionamento apresentado, o qual será considerado pela Administração na verificação da adequação dos documentos que integram a fase preparatória da contratação.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA – PR